Okręgowy Urząd Miar w Katowicach

Znak wniosku P/14/WAP-61410047 ..... (pieczątka urzędu)

Zapiska sprawdzenia przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - laserowy.

Wnioskodawca i miejsce przeprowadzenia sprawdzenia: P.P.H.U. ALERT Elektronika Przemysłowa, 41-00 Sosnowiec, ul. Plonów 7a.
Użytkownik: Safety Camera
Przyrząd pomiarowy: nr fabr. UX026266, znak fabr.: **ULTRALYTE LTI 20-20 100 LR,**
rok prod.: 2012, wytwórca: Laser Technology Inc – USA,
Zakres pomiarowy prędkości : 0 - 320 km/h Wartość działki element.: 1km/h

Wyniki pomiarów laboratoryjnych

Lp.	Odległość poprawna	Wskazania przyrządu	Wskazania przyrządu dla odległości poprawnych
	m	km/h	m
1	29,8	0	29,8
2	29,9	0	29,9
3	30,0	0	30,0
4	30,1	0	30,1
5	30,2	0	30,2
6	49,8	0	49,8
7	49,9	0	49,9
8	50,0	0	50,0
9	50,1	0	50,1
10	50,2	0	50,2

Wynik sprawdzenia: pozytywny

Wyniki pomiarów w warunkach użytkowania

Lp.	Wskazania radaru przy kącie ustawienia 0°	Wartość poprawna prędkości przy kącie ustawienia 0°	Błąd wskazania przy kącie ustawienia 0°
1	40	40,29	-0,29
2	46	46,67	-0,67
3	50	50,18	-0,18
4	54	55,19	-1,19
5	58	58,71	-0,71
6	61	62,14	-1,14
7	69	69,78	-0,78
8	79	78,09	0,91
9	90	90,08	-0,08
10	106	106,97	-0,97

Data sprawdzenia: 11.12.2014 Wynik sprawdzenia: pozytywny

Pomiarów Prędkości STARSZY INSPEKTOR

Podpis: mgr inż. Zbigniew Król Włodzimierz Fredyk
(pieczątka imienna)

Cechy zabezpieczające w liczbie 5 szt. (cechy 5 PL *, A10 nr G2051 - G20503 i G20506 - G205 .....)
umieszczono na: przednim i tylnym panelu przyrządu, górnym panelu przyrządu (tabliczce znamionowej), dwóch wkrętach urządzenia celowniczego.
Przyrząd pomiarowy **spełnia**/* ~~nie spełnia~~ wymagania techniczne i metrologiczne.
/*- niepotrzebne skreślić; Dla cechy nienaruszonej nie podano jej numeru.